



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

Roteiro de Inspeção para Clínica de Odontologia

| | | | |
|--|------------|------------|--------------------|
| Razão Social: | | | |
| Endereço: | | | |
| CNPJ: | | | |
| Representante Legal: | | | |
| Profissão: | | Data: | |
| Condições Higiênico-Sanitárias | Sim | Não | Observações |
| 1. Instalações físicas internas e externas em adequadas condições de limpeza, conservação, conforto, segurança e organização? | | | |
| 2. Piso, parede e teto se encontram íntegros e sem focos de insalubridade? | | | |
| 3. Equipamentos, mobiliários e bancadas de apoio se encontram íntegros e limpos? | | | |
| 4. Os mobiliários almofadados são revestidos por material impermeável? | | | |
| 5. Aparelhos de ar-condicionado estão em bom estado de conservação e limpeza? | | | |
| FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: RDC ANVISA Nº 63/2011 | | | |
| Infraestrutura Física | Sim | Não | Observações |
| 6. À disposição dos mobiliários, materiais e equipamentos não compromete o fluxo de circulação e o desenvolvimento das atividades? | | | |
| 7. O serviço de saúde é dotado de iluminação e ventilação compatíveis com o desenvolvimento das atividades? (RDC 63, art. 38) | | | |
| 8. Todas as portas de acesso dispõem de identificação externa? (RDC 63, art. 7º, inc. II, letra b) | | | |
| 9. As instalações sanitárias não possuem comunicação com a área de procedimentos odontológicos ou área de processamento? | | | |
| 10. Dispõe de instalações elétricas embutidas e em nº suficiente para a demanda de equipamentos? (<i>Proibir o uso de benjamin, gambiarra, extensão elétrica</i>) | | | |
| 11. Os ralos são do tipo escamoteáveis? | | | |
| 12. Dispõe de acessibilidade para as pessoas com mobilidade física reduzida nos acessos internos e externos à edificação, incluindo rampas, elevadores ou plataformas mecânicas e WC adaptado? (<i>Desconsiderar tal exigência se o ano de construção do imóvel for antes de 2000</i>) (Lei Federal 10.098, art. 11) | | | |
| FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: RDC ANVISA 15/2012 | | | |
| Sala de Procedimentos | Sim | Não | Observações |



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

| | | | |
|--|--|--|--|
| 13. Dispõe apenas dos materiais necessários para o atendimento da demanda? (<i>proibir a presença de materiais diversos e em desuso</i>) RDC ANVISA 63/2011 | | | |
| 14. Piso, parede e teto se encontram íntegros e revestidos por material liso, monolítico e de fácil limpeza? (<i>Proibir o uso texturas em parede</i>) RDC ANVISA 63/2011 | | | |
| 15. Dispõe de pia ou lavatório provido de dispensadores de sabonete líquido antisséptico, toalha e torneira com fechamento sem o contato das mãos? RDC ANVISA 50/2002 | | | |
| 16. Dispõe de EPI em nº suficiente e compatível com as atividades desenvolvidas? (<i>Máscara, luvas descartáveis, touca, sapatos fechados, óculos de proteção ou protetor facial</i>) RDC ANVISA 63/2011 | | | |
| 17. Os materiais e equipamentos apresentam perfeito estado de conservação e limpeza? RDC ANVISA 63/2011 | | | |
| 18. A cuspeira não apresenta vazamento e dispõe de água corrente? RDC ANVISA 63/2011 | | | |
| 19. A alça do foco, avental e protetor de tireoide plumbíferos, fotopolimerizador, alça e cabeçote do aparelho de raio-Xseringa tríplice, encosto, puxadores da mesa auxiliar e braços da cadeira odontológica estão protegidos? (Essa proteção deverá ser trocada a cada atendimento) | | | |
| 20. Os medicamentos e produtos correlatos estão dentro do prazo de validade e acondicionados de forma correta? Lei 6437/1977 | | | |
| 21. O serviço dispõe de refrigerador para a guarda dos medicamentos termolábeis? 21.1. Este refrigerador é de uso exclusivo e provido de termômetro e mapa para controle e registro da temperatura? Lei 6437/1977 | | | |
| 22. O serviço dispõe de protocolo de atendimento em casos de emergência)? | | | |
| 23. As pissetas dispõem de identificação, tampas de vedação, data do envase e validade? RDC NVISA 63/2011 23.1. São submetidas, no mínimo, ao processo de limpeza semanal? | | | |
| 24. Há presença de lixeiras com tampa acionada por pedal (ou por acionamento automático) para o descarte dos resíduos de serviços de saúde? | | | |



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

| | | | |
|---|------------|------------|--------------------|
| 24.1. Estão devidamente identificadas e com os sacos plásticos corretos? RDC ANVISA 222/2018 | | | |
| 25. Dispõe de recipiente apropriado para o descarte dos perfurocortantes? 25.1. A capacidade deste recipiente é respeitada? <i>(não poderá ultrapassar 2/3 do seu limite)</i> 25.2. Este recipiente está acondicionado corretamente? <i>(longe de área molhada, não pode estar diretamente no chão).</i> | | | |
| 26. Dispõe de frasco plástico com tampa para o descarte dos resíduos de amálgama? <i>(Coletar os resíduos de amálgama em recipiente dotado de boca larga e de material inquebrável. Deixar uma lâmina de água sobre o resíduo. Manter o recipiente hermeticamente fechado e em local de baixa temperatura, isento de luz solar direta).</i> | | | |
| 27. Os profissionais não realizam a guarda e o consumo de alimentos na sala de procedimentos odontológicos? | | | |
| Radiologia Odontológica | Sim | Não | Observações |
| 28. O serviço dispõe de equipamento de RX? 28.1. O mesmo está em bom estado de conservação? | | | |
| 29. Possui símbolo internacional de radiação ionizante na face exterior da porta de acesso? | | | |
| 30. Foi realizado levantamento radiométrico da sala que dispõe de equipamento de RX? 30.1. Anexar cópia deste laudo; 30.2. Notificar o cumprimento das recomendações descritas neste laudo. <i>(O levantamento radiométrico deverá ser realizado a cada 04 anos ou sempre que houver mudança na posição de instalação do aparelho de RX)</i> | | | |
| 31. Existe quadro de orientação de proteção radiológica para pacientes e acompanhantes? <i>(Observar se está afixado de forma visível)</i> | | | |
| 32. Dispõe de vestimentas de proteção individual? <i>(aventil plumbífero e protetor de tireóide)</i> 32.1. Apresentam-se íntegros? 32.2. Estão devidamente acondicionados? | | | |
| 33. A câmara escura portátil se apresenta em bom estado de conservação? | | | |
| 34. O serviço descarta corretamente os reveladores, fixadores químicos e lâminas de chumbo? <i>(Analisar o PGRSS)</i> | | | |



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

| Processamento dos Artigos | Sim | Não | Observações |
|---|-----|-----|-------------|
| 35. O serviço dispõe de POPs escritos do processamento (de produtos para saúde) dos artigos e superfícies? 35.1. Estão disponíveis para a consulta da equipe nos postos de trabalho? | | | |
| 36. O processamento dos artigos para saúde é realizado no CME e segue um fluxo direcionado da área limpa para a suja? (<i>O CME deve dispor de área limpa, área suja e área de armazenamento e distribuição</i>). | | | |
| 37. Os artigos não críticos, semi-críticos e críticos são submetidos ao processo de limpeza? | | | |
| 38. A limpeza é realizada imediatamente após o uso do artigo? | | | |
| 39. É utilizado detergente específico ao processamento enzimático, com registro junto à ANVISA? 39.1. São seguidas as orientações do fabricante no que se refere à diluição, tempo de imersão e validade da solução após a diluição? | | | |
| 40. A limpeza dos artigos é realizada através de fricção com produtos não abrasivos, que não liberam partículas e imersão completa em solução aquosa potável de detergente enzimático? 40.1. É utilizado recipiente plástico com tampa e paredes rígidas para imersão completa dos artigos, contendo etiqueta de identificação da solução, data de ativação e validade? 40.2. Em caso de utilização de detergente enzimático, o recipiente deve ser composto de material opaco. | | | |
| 41. Os artigos que possuem mais de uma parte são desmontados, assim como as pinças, tesouras e alicates são abertas antes da realização da limpeza e esterilização? | | | |
| 42. O serviço realiza inspeção visual da limpeza por meio de lentes intensificadoras de imagem? | | | |
| 43. É realizado enxágue dos artigos em água potável e corrente, após a limpeza e a desinfecção? | | | |
| 44. A secagem é realizada através de secadora, lavadora termodesinfetadora, ar comprimido medicinal sob pressão, gás inerte ou ar filtrado seco e isento de óleo? | | | |
| 45. Os artigos semi-críticos são submetidos à desinfecção ou esterilização? | | | |
| 46. Caso o serviço realize desinfecção química, a CME dispõe de uma sala exclusiva para este fim? (<i>a sala de</i> | | | |



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

| | | | |
|---|--|--|--|
| <i>desinfecção deve dispor de exaustor mecânico, climatização e bancada com duas cubas).</i> | | | |
| 47. A desinfecção é realizada através de imersão total do artigo em solução saneante de acordo com as orientações do fabricante e monitorização dos parâmetros no mínimo uma vez ao dia (concentração, pH e outros)? 47.1. É utilizado recipiente plástico com tampa e paredes rígidas para imersão completa dos artigos, contendo etiqueta de identificação do saneante, data de ativação e validade? | | | |
| 48. São realizados o enxague e secagem dos artigos, após a desinfecção? | | | |
| 49. Após a desinfecção, os artigos semi-críticos são embalados individualmente, apondo-lhes etiquetas contendo data do processamento e validade? | | | |
| 50. O tipo de invólucro utilizado é compatível com o equipamento de esterilização? (<i>É proibido o uso de papel kraft, papel alumínio, caixas metálicas fechadas sem furos e outros improvisos de embalagens</i>) <i>Autoclave: Campo de tecido de algodão duplo íntegro e sem cerzaduras; papel grau cirúrgico, papel crepado, manta de tecido não-tecido, tyvec.</i> | | | |
| 51. Os invólucros descartáveis são reutilizados? | | | |
| 52. A selagem de embalagens tipo envelope é por termoseladora ou conforme orientação do fabricante, deixando-se uma borda para facilitar a abertura asséptica do pacote? | | | |
| 53. Os pacotes esterilizados dispõem de rotulagem completa (<i>nome do artigo, tipo e data do processamento, lote, validade e assinatura do responsável</i>)? | | | |
| 54. Os instrumentais são processados por kits de atendimento de pacientes? (<i>observar também as brocas odontológicas</i>) | | | |
| 55. O serviço não processa artigos de uso único estabelecidos na RE nº. 2.605, de 11 de agosto de 2006, da ANVISA, assim como artigos que tragam na sua rotulagem o termo "PROIBIDO PROCESSAR", conforme RE nº. 2.606, de 11 de agosto de 2006, ANVISA? | | | |
| 56. Todos os artigos críticos são esterilizados? (<i>Proibida à esterilização química líquida por imersão, estufa, ebulidores, equipamento ultravioleta, formaldeído ou paraformaldeído de forma isolada</i>). | | | |



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

| | | | |
|---|------------|------------|--------------------|
| 57. A autoclave está instalada em local adequado? (<i>Não pode estar dentro de armários, nem em locais de fluxo de circulação; devendo ser mantido em bancada de aproximadamente 0,90m</i>). | | | |
| 58. Os artigos processados estão dentro do prazo de validade? | | | |
| 59. É utilizada fita zebreada ou o próprio indicador presente na embalagem em todos os pacotes a serem esterilizados em autoclaves? | | | |
| 60. É realizado teste de Bowie Dick diariamente no primeiro ciclo do dia da autoclave**? 60.1. Apresentar documentação comprobatória. | | | |
| 61. É realizado monitoramento químico da esterilização com integradores classe 5 ou 6? (<i>monitoramento de cada carga em pacote desafio</i>) | | | |
| 62. É realizado monitoramento biológico semanal da esterilização? 62.1. Apresentar os registros deste monitoramento. 62.2. Em caso de implantáveis, monitoramento biológico a cada carga. | | | |
| 63. Os artigos processados estão acondicionados em local adequado? (<i>arsenal em cestos aramados, local limpo, livre de umidade, protegido de luz solar direta</i>). | | | |
| 64. Os pacotes estéreis estão íntegros, livres de amassamentos, manchas e manuseio desnecessário? | | | |
| 65. O transporte interno dos pacotes processados é realizado corretamente? (<i>em recipientes fechados e em condições que garantam a integridade e a esterilidade dos artigos</i>) **Registros armazenados por 5 anos (RDC 15/2012) | | | |
| Compressor Odontológico | Sim | Não | Observações |
| 66. Há captação externa de ar no local de instalação do compressor odontológico? (<i>não se pode instalar o compressor odontológico dentro de WCs</i>) 66.1. Caso esteja instalado dentro da área de atendimento, há proteção acústica? 66.2. Caso esteja instalado em área externa, o local tem adequadas condições higiênico-sanitárias e dispõe de grade de proteção, fiação elétrica embutida e tela milimétrica? | | | |
| 67. O compressor odontológico se encontra em bom estado de conservação? 68. Registros de manutenção preventiva e corretiva dos compressores? | | | |



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

| Ambientes de Apoio | | | |
|---|--|--|--|
| 69. O serviço dispõe de DML? <i>(Deve ser provido de armários ou prateleiras para guarda de materiais, dispensadores de sabão líquido e papel toalha, cabides para vassouras, rodos e pás).</i> | | | |
| 70. O serviço dispõe de recepção e WC? | | | |
| 71. O serviço dispõe de lixeira externa? <i>(Deverá ser telada, possuir identificação externa para resíduos infectantes e comuns, áreas separadas para segregação dos resíduos comuns e infectantes, ralo, ponto de água)</i> | | | |

Inspetor Sanitário/Matr.:

Inspetor Sanitário/Matr.:

Observações:

- **Embalagens para Autoclave:** Campo de tecido de algodão duplo íntegro e sem cerzaduras; papel grau cirúrgico, papel crepado, manta de tecido não-tecido, tyvec.
- **Artigos Autoclaváveis:** Instrumental cirúrgico, tecido, silicone, cerâmica, motores blindados, vidro e líquidos.