

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



Roteiro de Inspeção para Serviços de Terapia Antineoplásica (STA)

Razão Social			
CNPJ: Nº do	Process	o:	
Representante Legal: Profis			
RDC Nº 220, de 21 de Setembro de 2004,			
Condições Organizacionais	Sim	Não	Observação
 O serviço dispõe de Equipe Multiprofissional em Terapi Antineoplásica (EMTA) composta, no mínimo, por: médic cancerologista, enfermeiro e farmacêutico? (Itens 5.2.4; 5.2.5; 5.2.6 e 5.2.7 do Anexo I) 			
 Os medicamentos, produtos farmacêuticos e produtos para saúde estão regularizados junto a ANVISA? (Item 6.1 do Anexo I) 	a		
 Os medicamentos destinados a TA estão armazenados separados dos demais? (Item 6.5 do Anexo I) 	5		
 Há etiquetas afixadas nos equipamentos médicos com data referentes à última e a próxima manutenção? (Item 7.3.2 do Anexo I) 	S		
 O serviço mantém disponível aos trabalhadore procedimentos escritos de limpeza, desinfecção e esterilizaçã de artigos, superfícies, instalações e equipamentos? (Item 8.1 a) Os saneantes são regularizados junto à ANVISA? (Item 8.2 do Anexo I) 	0		
 b) São seguidas as orientações dos fabricantes dos produtos saneantes? (Item 8.2.do Anexo I) 	5		
 c) Todas as superfícies de trabalho, inclusive as internas d cabine de segurança biológica, são limpas e desinfetada antes e depois de cada sessão de preparação? (Item 8.3 do Anexo I) 			
6. Há PGRSS implantado no serviço? (Item 9.1 do Anexo I)			
Infraestrutura Física e Materiais	Sim	Não	Observação
 A infraestrutura física atende os requisitos estabelecidos n RDC № 50/02? (Item 7.1 do Anexo I) 	а		
 Para atendimento das emergências clínicas o serviço dispõe d local próprio ou área contígua e de fácil acesso, contendo, n mínimo: a) Eletrocardiógrafo (Item 7.5.a do Anexo I) 			
b) Carro de emergência com monitor e desfibrilador. (Item 7.5.b do Anexo I)			
c) Ambu com reservatório (Item 7.5.c do Anexo I)			
d) Medicamentos de emergência (Item 7.5.d do Anexo I)			
e) Ponto de oxigênio (Item 7.5.e do Anexo I)			
f) Aspirador portátil (Item 7.5.f do Anexo I)			
g) Material de intubação completo (tubos endotraqueais, cânulas, guias e laringoscópios com jogo completo de lâminas), (Item 7.5.g do Anexo I)			
 h) Aspirador portátil (Item 7.5.f do Anexo I) i) Material de intubação completo (tubos endotraqueais, 			
j) cânulas, guias e laringoscópios com jogo completo de lâminas) (Item 7.5.g do Anexo I)			



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



Boas Práticas de Administração de TA	Sim	Não	Observação
9. A preparação e administração da TA são de responsabilidade			
de profissionais com formação superior na área de saúde, em			
conformidade com as competências legais estabelecidas pelos			
conselhos de classe? (Item 5.7 do Anexo I)			
10. Há registro e o controle da temperatura para os medicamentos			
termolábeis? (Item 6.5.1 do Anexo I)			
11. A TA dispõe de rótulo contendo: nome do paciente, nº do leito			
e registro (se for o caso), composição qualitativa e			
quantitativa, volume, data e hora da manipulação, cuidados na			
administração, prazo de validade, condições de temperatura			
para administração e transporte, identificação do responsável			
pela manipulação e conselho de classe?			
(Item 5.4.2 do Anexo III)			
12. As atribuições e responsabilidades dos profissionais envolvidos			
na administração da TA estão formalmente descritas e			
disponíveis? (Item 2.3 do Anexo IV)			
13. São utilizadas luvas de procedimentos e aventais durante a			
administração da TA? (Item 2.5 do Anexo IV)			
14. Há POP para a administração da TA? (Item 3.1 do Anexo IV)			
15. Há POP para o atendimento de acidentes de punção e			
extravasamento de drogas? (Item 3.2 do Anexo IV)			
16. O serviço dispõe de um Kit de Derramamento identificado e			
disponível em todas as áreas onde são realizadas atividades de			
manipulação, armazenamento, administração e transporte?			
(Item 1.1 do Anexo V)			
a) O Kit Derramamento contém, no mínimo: luvas de			
procedimentos, avental de baixa permeabilidade,			
compressas absorventes, proteção respiratória, proteção			
ocular, sabão, descrição do procedimento, formulário para			
o registro do acidente e recipiente identificado para o			
recolhimento dos resíduos?			
(Item 1.1.1 do Anexo V)			
17. O serviço disponibiliza aventais e luvas de procedimentos para			
os funcionários que realizam o manuseio de excretas de			
pacientes que receberam TA nas últimas 48h?			
(Item 1.3.1 do Anexo V)			
18. Todos os acidentes com TA são registrados em formulários			
específicos? (Item 1.4.1 do Anexo V)			
19. O vestuário do profissional é removido imediatamente em			
caso de contaminação por acidente com TA?			
(Item 1.4.2.1 do Anexo V)			
20. As áreas da pele atingidas em caso de contaminação por			
acidente com TA são lavadas com água e sabão?			
(Item 1.4.2.2 do Anexo V)			
21. Quando da contaminação acidental dos olhos ou outras			
mucosas com TA, os mesmos são lavados com água ou solução			
isotônica em abundância, além de acompanhamento médico?			
(Item 1.4.2.3 do Anexo V)			
22. Em caso de contaminação ambiental o responsável pela			
descontaminação paramenta-se antes de iniciar o			
procedimento? (Item 1.4.4.1 do Anexo V)			



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



Boas Práticas de Administração de TA	Sim	Não	Observação
23. Os líquidos do derramamento acidental ambiental por TA são			
recolhidos com compressas absorventes secas?			
(Item 1.4.4.4 do Anexo V)			
24. Os pós do derramamento acidental ambiental por TA são			
recolhidos com compressas absorventes úmidas?			
(Item 1.4.4.3 do Anexo V)			
25. A área do derramamento acidental ambiental por TA é limpa			
com água e sabão em abundância? (Item 1.4.4.5 do Anexo V)			

Inspetor Sanitário/Matr.:	Inspetor Sanitário/Matr.:

Recife,_____de___

Versão 1.22 (12/07/2022)

_de 20____.